

SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN
TRUNG TÂM Y TẾ
HUYỆN ĐỒNG HỖ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 323/TTYT
V/v đề nghị thẩm định giá

Đồng Hỷ, ngày 12 tháng 4 năm 2025

THƯ MỜI

Kính gửi: CÁC CÔNG TY CÓ CHỨC NĂNG THẨM ĐỊNH GIÁ

1. Thông tin đơn vị đề nghị thẩm định giá

- Tên : Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ
- Địa chỉ : Phường Chùa Hang, thành Phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại : 0208.3820.105
- Đại diện : Ông Triệu Văn Thu
- Chức vụ: Giám đốc
- Mã số thuế: 4600203584
- Tài khoản :3713.0.1016090.00000, Mở tại: Phòng giao dịch số 2 – KBNN Khu vực VII

2. Thông tin hồ sơ đề nghị thẩm định giá:

- Trang thiết bị y tế hỏng xin thanh lý phế liệu (theo danh sách đính kèm)
 - Mục đích: Xác định mức giá trần của tài sản làm cơ sở thanh lý tài sản theo quy định pháp luật hiện hành
 - Thời điểm: Tháng 4 năm 2024;
 - Quý công ty quan tâm xin gửi báo giá dịch vụ thẩm định giá và hồ sơ năng lực của công ty đến Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ trước 17h (giờ hành chính) ngày 23 /4/2025.
- Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Nơi nhận:

- Trang web TTYT huyện Đồng Hỷ
- Như: Kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC.



Triệu Văn Thu



DANH MỤC TÀI SẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ

(Kèm theo Công văn số 32)/TTYT ngày 12 tháng 4 năm 2025)

Số TT	Tên trang thiết bị	DVT	Số lượng	Hãng sản xuất	Năm sản xuất	Giá trị còn lại tính đến 31/12/2024	Tình trạng
1	Máy xông khí dung	Chiếc	1	Omron	2015	0	Máy hỏng hết ống hút, 2 bình hút bị vỡ không còn nguyên vẹn, vỏ máy rỉ sét cong vênh máy không sửa chữa được. Máy hỏng không sửa chữa được
2	Máy điện tim 6 cần tự động	Chiếc	1	Fukuda	2010	0	Các phim hỏng và mất nhiều, máy lưu kho lâu không sử dụng, tình trạng vỏ vỡ nhiều mảng bên trong không còn nguyên vẹn. Máy hỏng không dùng được và không sửa chữa được
3	Máy điện tim 6 cần tự động	Chiếc	1	Fukuda	2010	0	Các phim hỏng và mất nhiều, máy lưu kho lâu không sử dụng, tình trạng vỏ vỡ nhiều mảng bên trong không còn nguyên vẹn. Máy hỏng không dùng được và không sửa chữa được
4	Giường cấp cứu chạy điện	Chiếc	1	N/A	2011	0	Giường lưu kho lâu không sử dụng, ko thể nâng hạ điều khiển, một số chi tiết cơ khí cong vênh rỉ sét không nguyên vẹn. Giường hỏng không sử dụng được.
5	Giường cấp cứu đa năng	Chiếc	1	N/A	2010	0	Giường lưu kho lâu không sử dụng, ko thể nâng hạ điều khiển, một số chi tiết cơ khí cong vênh rỉ sét không nguyên vẹn. Giường hỏng không sử dụng được.

6	Giường cấp cứu đa năng	Chiếc	1	N/A	2010	0	Giường lưu kho lâu không sử dụng, ko thể nâng hạ điều khiển, một số chi tiết cơ khí cong vênh rỉ sét không nguyên vẹn. Giường hỏng không sử dụng được
7	Giường cấp cứu chạy điện	Chiếc	1	N/A	2011	0	Giường lưu kho lâu không sử dụng, ko thể nâng hạ điều khiển, một số chi tiết cơ khí cong vênh rỉ sét không nguyên vẹn. Giường hỏng không sử dụng được
8	Máy tạo oxy di động	Chiếc	1	N/A	2010	0	Máy hỏng không sử dụng được, nhiều chi tiết cơ khí hao mòn nứt vỡ, rỉ sét. Máy không sửa chữa được
9	Máy gây mê	Chiếc	1	SHIN-EI	2004	0	Máy hỏng không sử dụng được, nhiều chi tiết cơ khí hao mòn nứt vỡ, rỉ sét. Máy hỏng không sửa chữa được
10	Máy hút khí màng phổi	Chiếc	1	N/A	2010	0	Máy hỏng không sử dụng được, nhiều chi tiết cơ khí hao mòn nứt vỡ, rỉ sét.
11	Máy hút dịch chạy điện	Chiếc	1	N/A	2011	0	Máy hỏng không sử dụng được, nhiều chi tiết cơ khí hao mòn nứt vỡ, rỉ sét. Máy hỏng không sửa chữa được
12	Máy XQ	Chiếc	1	Mỹ	2000	0	Máy không sử dụng đã lâu, tủ điện cao thế không bật lên được bên trong các rơ le và atomat hỏng không hoạt động. Giường bệnh nhân hoen rỉ, ko di chuyển được. Bồng chụp có nhiều khe nứt giữa các chi tiết. Máy hỏng không sử dụng

							được và không sửa chữa được
13	Ghế nha khoa	Chiếc	1	N/A	2006	0	Ghế răng cong vênh, máy không còn hoạt động được, các nút bấm liệt cứng bị hỏng, nhiều vết ố và rỉ trên thân giường và đèn. Máy hồng lưu kho lâu không sử dụng được và không sửa chữa được
14	Máy xét nghiệm nước tiểu	Chiếc	1	N/A	2011	0	Máy lưu kho lâu, không còn nguyên vẹn các chi tiết cơ khí, model cũ không sử dụng sửa chữa được. Máy hồng không sửa chữa được
Tổng cộng: 14 máy						0	